

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1938/QLCL-KN
V/v thông báo kết quả đánh giá định
kỳ cơ sở kiểm nghiệm

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 6

Xét Biên bản đánh giá định kỳ cơ sở kiểm nghiệm của Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 6 ngày 25/6/2015; Báo cáo kết quả đánh giá cơ sở kiểm nghiệm của Trưởng đoàn đánh giá ngày 29/6/2015; Báo cáo thẩm định kết quả đánh giá định kỳ cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm ngày 21/7/2015, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản thông báo tới Trung tâm nội dung sau:

1. Tại thời điểm đánh giá, cơ sở kiểm nghiệm của Trung tâm đã cơ bản duy trì được năng lực đáp ứng yêu cầu đối với cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước theo qui định tại Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01/8/2013 và Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên, hệ thống quản lý chất lượng phòng kiểm nghiệm và năng lực phân tích đối với các chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu còn 03 điều không phù hợp ở mức 2 (được ghi nhận tại Biên bản đánh giá cơ sở kiểm nghiệm ngày 25/6/2015).

2. Yêu cầu Trung tâm khắc phục các điều không phù hợp nêu tại Phụ lục và báo cáo kết quả khắc phục về Cục theo biểu mẫu tại Phụ lục 9 của Thông tư liên tịch số 20 /2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01/8/2013 để xem xét duy trì chỉ định.

Yêu cầu đơn vị tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng (báo cáo);
- Lưu VT, KN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ
THỦY SẢN
Lê Bá Anh

Phụ lục
CÁC ĐIỀU KHÔNG PHÙ HỢP

(Ban hành kèm theo công văn số 1938 /QLCL-KN ngày 23 / 7 /2015 của
Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

TT	Các điều không phù hợp	Mức 1	Mức 2	Căn cứ/chuẩn mực
I. Nhận mẫu thử nghiệm				
1	PKN sinh học có nhiều phương pháp phân tích cho cùng một chỉ tiêu (Vd. L. monocytogenes) nhưng trên phiếu chuyển mẫu cho PKN không thể hiện phương pháp được đề nghị phân tích.		X	5.4.2 ISO/IEC 17025
II. Phương pháp phân tích				
2.	Phương pháp phân tích chỉ tiêu TPC trong thực phẩm chưa được cập nhật phiên bản mới năm 2013, hiện nay PKN vẫn còn sử dụng phiên bản năm 2003.		X	5.4.2 ISO/IEC 17025 Khoản 4, Điều 5, TTLT 20/2013
III. Thiết bị				
3.	Một số thiết bị của PKN hóa chưa tiến hành hiệu chuẩn đúng kế hoạch như: cân phân tích Ca10, Ca9, tủ sấy TS01, lò nung LN01, tủ ủ lạnh TL14, nhiệt kế điện tử Testo NK10, nhiệt kế điện trở NK11, pH kế và đo dẫn điện K14.		X	5.5.2 ISO/IEC 17025